

Auftraggeber

Rual - Tex GmbH
Siegenburgerstraße 19
84076 Pfeffenhausen
Deutschland

Münster, 27.02.2026

Zertifikat

Dermatest GmbH bescheinigt hiermit, dass der Bedarfsgegenstand

Work Fresh

mittels einer Epikutantestung an 30 Probanden mit diversen Hauttypen
unter fachärztlicher dermatologischer Kontrolle und gemäß internationalen Richtlinien auf Hautverträglichkeit
geprüft wurde.

Studiennummer ST-ET-2026-00025

Es kam zu keinerlei relevanten Hautreaktionen im Testareal nach
einmaliger Applikation des Produktes.

Somit wurde das Produkt aus klinisch-dermatologischer Sicht

„sehr gut“

vertragen und kann als „**dermatologisch getestet**“ deklariert werden.
Aufgrund des Studiendesigns und der bestätigten Hautverträglichkeit kann
für das Testprodukt das Dermatest® Garantie Siegel vergeben werden.

Prüfmonat und Prüfwahl (02/26) sind im Siegel enthalten.



Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest® GmbH • [dermatest.com](https://www.dermatest.com)
Nevinghoff 30 • 48147 Münster